

во время мѣсячныхъ, а лишь послѣ послѣднихъ, уменьшаясь постепенно къ періоду ихъ появленія.

**10. R. Müller.—(Centr. f. Gynaek., № 4, 1897).—Возраженіе на рефератъ Grünинга о работѣ Kleinwächter'a: Къ вопросу о научныхъ занятіяхъ женщинъ.**

Краткое указаніе на ошибочное заявленіе *Grünинга*, будто-бы *Müller* принадлежитъ къ противникамъ медицинского образования женщинъ. Напротивъ, онъ допускаетъ женщинъ къ изученію медицины, но не безусловно. Онъ указываетъ, что медицинскій факультетъ университета въ Бернѣ единогласно высказался въ пользу допущенія женщинъ къ научнымъ занятіямъ, отвѣчая на запросъ германскаго правительства.

**11. Dr. H. Rose in Hamburg.—(Centr. f. Gynaek., № 5, 1897).—Новый способъ собирания мочи отдельно для каждой почки у женщины.**

Сущность способа *Rose* состоять въ томъ, что въ мочевой пузырь черезъ уретру вводятъ особое трубчатое зеркало, внутреннее отверстіе котораго приставляется къ пузырному отверстію мочеточника. Моча скопляется въ просвѣтѣ зеркала и удаляется шприцемъ для изслѣдованія. Форма зеркала напоминаетъ влагалищное зеркало *Феррюсона*, длина его отъ 7 до 9 сант., а диаметръ у внутренняго отверстія 1,2 сант. Зеркало снабжено поршнемъ для болѣе легкаго и бережнаго введенія въ мочевой пузырь, головка котораго проходитъ черезъ внутреннее отверстіе зеркала. Конечно послѣ введенія зеркала поршень удаляется. Собирание мочи и введеніе зеркала производится лучше всего въ положеніи *Тренделенбурга*, при чмъ въ мочевой пузырь предварительно опорожненный отъ мочи, впускается воздухъ растягивающій пузырь подобно тому, какъ влагалище растягивается воздухомъ при положеніи *à la vache*. Такимъ образомъ отдѣляемое другого мочеточника скопляется ниже зеркала и не смѣшивается съ его содержимымъ. Отверстія мочеточниковъ при вышеприведенномъ положеніи лежать болѣе высоко, чмъ другія части мочевого пузыря. Разстояніе отверстій мочеточниковъ отъ наружнаго отверстія мочеиспускательного канала около  $5\frac{1}{2}$  сант. при данномъ положеніи. Преимущества этого способа по *Rose* слѣдующія:

- 1) Большая точность отдѣльного собирания мочи каждой стороны безъ всякой опасности инфекціи.